




0051

Fiche technique ANALIA

sonde anale



CARACTÉRISTIQUES

- 2 larges électrodes circulaires
- Connexion : fiche banane femelle 2mm
- Diamètre : 1,6 cm
- Longueur : 12 cm
- Poids : 25g
- Sans nickel

PRÉSENTATION

Sa longueur par butée inter-fessiers permet d'éviter le risque d'aspiration ano-rectale.

Sa légèreté permet aux patient(e)s de ne pas être gêné(e)s pendant la rééducation. Les électrodes circulaires larges en série sont positionnées pour solliciter toute la musculature anale.

INTÉRÊT PRATIQUE DE LA SONDE

1 - Stimulation électrique - SEF

- Stimulation globale classique des muscles du sphincter anal

2 - Biofeedback - BFB/EMG

- Enregistrement de l'activité musculaire électrique globale en décubitus dorsal couché
- Enregistrement de l'activité musculaire électrique globale en position orthostatique

APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES DE LA SONDE

1 - Stimulation électrique - SEF

- Insuffisance musculaire anale (directe)
- Renforcement musculaire phasique et/ou tonique
- Insuffisance sphinctérienne
- Hyperactivité vésicale

2 - Biofeedback - BFB/EMG : couché ou debout

- Prise de conscience anale globale
- Mise en évidence et mesure d'une insuffisance musculaire anale
- Contrôle des progrès de la récupération fonctionnelle
- Contrôle du verrouillage à l'effort, réflexe puis volontaire

3 - Traitement des incontinences par insuffisance musculaire anale

- Traitement des hypertonies anales

